



Dot.: przetargu nieograniczonego na: „*Sukcesywne dostarczanie osprzętu medycznego*” do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi. (Numer postępowania: 07/2021).

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Na mocy art. 286 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – (t.j.: Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ poprzez uzupełnienie nr Pakietów w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 6 do SWZ).

Formularzu asortymentowo-cenowym po modyfikacji w załączeniu.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Na mocy art. 137 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 22.03.2021r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2021r. do godz. 11:30.

W konsekwencji powyższej zmiany w rozdz. XII SWZ zmianie ulega termin związania ofertą, tj. termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert (i upływa z dniem 20.04.2021 roku), przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

W związku z zapytaniami do SWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytanie: (Dot. Pakietu VII) Czy w pakiecie nr 7 Zamawiający potwierdza iż, zgodnie z zapisem SIWZ, dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pozycje?

Informacja taka nie została zawarta w formularzu asortymentowo-cenowym, jest jednak umieszczona w SIWZ postępowania przetargowego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w Pakiecie VII zgodnie z rozdz. VIII.1.4 SWZ dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje w obrębie Pakietu.

2. Pytanie: (Dot. Pakiet VI poz. 6 i 7) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie do jakich reduktorów bądź dozowników mają pasować poniższe butelki:

6	Butelka nawilżacza z zakręcaną pokrywką i rurką dyspensera, max poj. 210 ml, max wymiary: 55x67x200 mm, waga max do 0,11 kg, sterylizacja 134 C. Końcówka wejścia i wyjścia wykonana z mosiądzu chromowanego
7	Butelka nawilżacza bez zakrętki poj. Max 210 ml, wymiary 55x67x200mm, waga max 0,11 kg, sterylizacja 134C

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w w/w pozycjach wymaga zaoferowania butelek kompatybilnych z reduktorami firmy Flow-Meter.

- 3. Pytanie: (Dot. Pakiet VI poz. 6)** Dotyczy: Butelka nawilżacza z zakręcaną pokrywką i rurką dyspensera, max poj. 210 ml, max wymiary: 55x67x200 mm, waga max do 0,11 kg, sterylizacja 134 C. Końcówka wejścia i wyjścia wykonana z mosiądzu chromowanego. Czy Zamawiający dopuści butelkę z zakręcaną pokrywką i rurką dyspensera, o maksymalnych wymiarach (mm) nieznacznie większych od podanych w specyfikacji?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
- 4. Pytanie: (Dot. Pakiet VI poz. 6)** Dotyczy: Butelka nawilżacza z zakręcaną pokrywką i rurką dyspensera, max poj. 210 ml, max wymiary: 55x67x200 mm, waga max do 0,11 kg, sterylizacja 134 C. Końcówka wejścia i wyjścia wykonana z mosiądzu chromowanego. Czy Zamawiający dopuści butelkę z końcówką wejścia i wyjścia wykonaną z polipropylenu?
Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza butelkę z końcówką wejścia i wyjścia wykonaną z polipropylenu.
- 5. Pytanie: (Dot. Pakiet VI poz. 6)** Dotyczy: Butelka nawilżacza z zakręcaną pokrywką i rurką dyspensera, max poj. 210 ml, max wymiary: 55x67x200 mm, waga max do 0,11 kg, sterylizacja 134 C. Końcówka wejścia i wyjścia wykonana z mosiądzu chromowanego. Czy Zamawiający dopuści butelkę, której temperatura sterylizacji wynosi 121°C?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
- 6. Pytanie: (Dot. Pakiet VI poz. 7)** Dotyczy: Butelka nawilżacza bez zakrętki poj. max 210 ml, wymiary 55x67x200mm, waga max 0,11 kg, sterylizacja 134C. Czy Zamawiający dopuści butelkę nawilżacza o maksymalnych wymiarach (mm) nieznacznie większych od podanych w specyfikacji?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
- 7. Pytanie: (Dot. Pakiet VI poz. 7)** Dotyczy: Butelka nawilżacza bez zakrętki poj. max 210 ml, wymiary 55x67x200mm, waga max 0,11 kg, sterylizacja 134C. Czy Zamawiający dopuści butelkę, której temperatura sterylizacji wynosi 121°C?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
- 8. Pytanie: (Dot. Pakiet VI poz. 6)** Dotyczy: Butelka nawilżacza z zakręcaną pokrywką i rurką dyspensera, max poj. 210 ml, max wymiary: 55x67x200 mm, waga max do 0,11 kg, sterylizacja 134 C. Końcówka wejścia i wyjścia wykonana z mosiądzu chromowanego. Czy Zamawiający dopuści butelkę z zakręcaną pokrywką i rurką dyspensera, o maksymalnych wymiarach (mm) 190x57x67 sterylizowaną w temp. 134 ° C?
Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza butelkę z zakręcaną pokrywką i rurką dyspensera, o maksymalnych wymiarach (mm) 190x57x67 sterylizowaną w temp. 134 ° C.
- 9. Pytanie: (Dot. Pakiet VI poz. 6)** Dotyczy: Butelka nawilżacza z zakręcaną pokrywką i rurką dyspensera, max poj. 210 ml, max wymiary: 55x67x200 mm, waga max do 0,11 kg, sterylizacja 134 C. Końcówka wejścia i wyjścia wykonana z mosiądzu chromowanego. Czy Zamawiający dopuści butelkę z końcówką wejścia i wyjścia wykonaną z polipropylenu?
Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza butelkę z końcówką wejścia i wyjścia wykonaną z polipropylenu.

Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
/-/ mgr Konrad Łukaszewski