



Dot.: przetargu nieograniczonego na: „*Sukcesywne dostarczanie osprzętu endoskopowego*” do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi. (Numer postępowania: 31/2021).

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

W związku z zapytaniami do SWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

- Pytanie: (Dot. Zakresu I poz. 1)** Prosimy o dopuszczenie w zakresie I w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, przewodników do zabiegów ERCP z końcówką prostą dla rozmiaru 0,021 i 0,025 oraz końcówką prostą i zagiętą dla rozmiaru 0,035.

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie przewodników do zabiegów ERCP z końcówką prostą dla rozmiaru 0,021 i 0,025 oraz końcówką prostą i zagiętą dla rozmiaru 0,035.
- Pytanie: (Dot. Zakresu I poz. 10)** Prosimy o dopuszczenie w zakresie I w pozycji 10, w miejsce pierwotnych parametrów, poszerzadeł do dróg trzustkowych temperowanych na długości 5 cm, na przewodnik 0,025. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie poszerzadeł do dróg trzustkowych temperowanych na długości 5 cm, na przewodnik 0,025, spełniających pozostałe parametry określone w swz.
- Pytanie: (Dot. Zakresu I poz. 11)** Prosimy o dopuszczenie w zakresie I w pozycji 11, w miejsce pierwotnych parametrów, poszerzadeł do dróg żółciowych i trzustkowych w wymaganych rozmiarach bez rozmiaru 5-4. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie poszerzadeł do dróg żółciowych i trzustkowych w wymaganych rozmiarach bez rozmiaru 5-4, spełniających pozostałe parametry określone w swz.
- Pytanie: (Dot. Zakresu I poz. 19)** Prosimy o dopuszczenie w zakresie I w pozycji 19, w miejsce pierwotnych parametrów, balonów czterostopniowych do ekstrakcji, cewnik 6,6Fr. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie balonów czterostopniowych do ekstrakcji, cewnik 6,6Fr, spełniających pozostałe parametry określone w swz.
- Pytanie: (Dot. Zakresu I poz. 21)** Prosimy o dopuszczenie w zakresie I w pozycji 21, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów do opaskowania żyłaków przelyku z sześcioma lub dziesięcioma opaskami z nasadką 8.6-9.2mm, 9.5-11.5mm, 9.5-13mm, 11-14mm dla 6 opasek i z nasadką w rozmiarze 9.5-11.5 dla 10 opasek. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie zestawów do opaskowania żyłaków przelyku z sześcioma lub dziesięcioma opaskami z nasadką 8.6-9.2mm, 9.5-11.5mm, 9.5-13mm, 11-14mm dla 6 opasek i z nasadką w rozmiarze 9.5-11.5 dla 10 opasek, spełniających pozostałe parametry określone w swz.
- Pytanie: (Dot. Zakresu I poz. 22)** Prosimy o dopuszczenie w zakresie I w pozycji 22, w miejsce pierwotnych parametrów, szczotek cytologicznych do dróg żółciowych na cewnik 6.6 i 8Fr, długości 185 i 200 cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie szczotek cytologicznych do dróg żółciowych na cewnik 6.6 i 8Fr, długości 185 i 200 cm, spełniających pozostałe parametry określone w swz.
- Pytanie: (Dot. Zakresu I poz. 30)** Prosimy o dopuszczenie w zakresie I w pozycji 30, w miejsce pierwotnych parametrów, rubowego przyrządu do usuwania stentów o długości roboczej 180 cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie śrubowego przyrządu do usuwania stentów o długości roboczej 180 cm, spełniającego pozostałe parametry określone w swz.

8. **Pytanie: (Dot. Zakresu I poz. 31)** Prosimy o dopuszczenie w zakresie I w pozycji 31, w miejsce pierwotnych parametrów, stentów samorozprężalnych do dwunastnicy o długości stentu 6, 9, 12 cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie stentów samorozprężalnych do dwunastnicy o długości stentu 6, 9, 12 cm, spełniających pozostałe parametry określone w swz.
9. **Pytanie: (Dot. Zakresu I poz. 36)** Prosimy o dopuszczenie w zakresie I w pozycji 36, w miejsce pierwotnych parametrów, balonów do poszerzania zwężeń w drogach żółciowych, cewnik 6.8Fr przyostrzony do 5.5FR. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie balonów do poszerzania zwężeń w drogach żółciowych, cewnik 6.8Fr przyostrzony do 5.5FR, spełniających pozostałe parametry określone w swz.
10. **Pytanie: (Dot. Zakresu I poz. 17)** Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania pozycję 17 i dopuści klipsownice jednorazowego użytku, rozwarcie: 16 mm, możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania, rotacja 360 stopni, minimalny kanał roboczy 2.8 mm dł. 235 cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
11. **Pytanie: (Dot. Zakresu I poz. 29)** Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania poz. 29 i dopuści ustnik jednorazowy do wprowadzania endoskopu. Regulowana tekstylna opaska; miękki polipropylen; wymiary 22x30 mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
12. **Pytanie: (Dot. Zakresu II poz. 6)** Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania pozycję 6 i dopuści igłę do ostrzykiwania, średnica 0,6 mm (23G) o długości ostrza 4 lub 6 mm do wyboru Zamawiającego, o długości narzędzia 230 cm. Osłona o średnicy 2,4 mm z mechanizmem długopisowym zapobiegającym niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza. Obsługiwana jednym kciukiem?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
13. **Pytanie: (Dot. Zakresu II poz. 7)** Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania pozycję 7 i dopuści pułapkę na polipy pięciokomorowa, plastikowa, posiadająca pięć sitek. Obrotowe wieczko z dwiema rurkami. Jedna rurka do zaworu ssącego endoskopu druga do ssaka?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
14. **Pytanie: (Dot. Zakresu II poz. 8)** Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania pozycję 8 i dopuści jednorazową siatkę na polipy lub ciała obce, długość narzędzia 230 cm, wymiary otwartej pętli 25 mm; funkcja rotacji. Osłonka 2,4 mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
15. **Pytanie: (Dot. Zakresu II poz. 9)** Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania pozycję 9 i dopuści pętlę jednorazowego użytku, obrotowe, plecione, owalne, rozmiary: 10, 15, 20 lub 25 mm, dł. 230cm, do kanału 2,8 mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
16. **Pytanie: (Dot. Zakresu II poz. 10)** Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania pozycję 10 i dopuści pętlę jednorazowego użytku, obrotowe, monofilament, owalne, rozmiary: 10, 15 mm, śr. osłonki 2,3 mm, dł. 230 cm, do kanału 2,8 mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
17. **Pytanie: (Dot. Zakresu II poz. 22)** Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania pozycję 22?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
18. **Pytanie: (Dot. Zakresu II poz. 23)** Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania pozycję 23?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
19. **Pytanie: (Dot. Zakresu II poz. 24)** Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania pozycję 24 i dopuści jednorazowe kleszcze do usuwania protez i ciał obcych, ramiona tzw. aligatorki zakończone zębem szczura, pokrywane teflonem, dł. robocza 160 cm, śr. 2,3 mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
20. **Pytanie: (Dot. Zakresu I poz. 26)** Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania pozycję 26 i dopuści jednorazową klipsownicę, śr. 2,3 mm, długość 2350 mm, możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa, rozwarcie ramion klipsa 16 mm, kąt zagięcia końcówek ramion 135 stopni, konstrukcja zestawu wprowadzającego, po wysunięciu z kanału roboczego w części dystalnej, pozwalająca na natychmiastowe otwieranie i zamykanie klipsa – bez potrzeby usuwania dystanserów, zsuwania osłonki, itp.?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

21. **Pytanie: (Dot. Zakresu III poz. 20)** Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania pozycję 20 i dopuści szczoteczki cytologiczne jednorazowego użytku bronchoskopowe; maksymalna średnica części roboczej 1,8 mm; długość robocza 1200 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm; 10 sztuk w opakowaniu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
22. **Pytanie: (Dot. Zakresu III poz. 24)** Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania pozycję 24 i dopuści jednorazowy standardowy ustnik z gumką wykonaną z materiału; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; wymiary otworu głównego 22 mm x 30 mm, wykonane z polipropylenu; 100 sztuk w opakowaniu, każdy ustnik zapakowany oddzielnie; nie zawierający latexu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
23. **Pytanie: (Dot. Zakresu III poz. 25)** Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania pozycję 25 i dopuści uniwersalną jednorazową szczoteczkę dwustronną do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych; średnica włosia do czyszczenia kanałów endoskopu 5 mm; średnica włosia do czyszczenia gniazd kanałów endoskopu 10 mm; posiadająca plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; długość robocza 2300 mm; produkt niesterylny; pasująca do kanałów endoskopów o średnicach 2,0 mm - 4,2 mm (50 sztuk w opakowaniu)?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
24. **Pytanie: (Dot. Zakresu III poz. 44)** Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania pozycję 44?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
25. **Pytanie: (Dot. Zakresu III poz. 47)** Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania pozycję 47 i dopuści pętle elektrochirurgiczną jednorazowego użytku, kształt owalny o średnicy 10, 15, 25 mm do wyboru przez Zamawiającego; z drutu plecionego o średnicy 0,40 mm; pakowane po 10 szt., długość narzędzia 230 cm minimalna średnica kanału 2,8 mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
26. **Pytanie: (Dot. Zakresu IV poz. 12)** Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania pozycję 12 i dopuści pętle do polipektomii:
- jednorazowe;
- wykonane z plecionego, giętkiego drutu;
- owalne;
- rękojeść pozwalająca na otwieranie nawet dużych pętli przy użyciu jednej ręki;
- średnica pętli: 25 mm;
- długość robocza: 230 cm
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

*Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
/-/ mgr Konrad Łukaszewski*