



Dot.: przetargu nieograniczonego na: „*Sukcesywne dostarczanie osprzętu endoskopowego*” do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi. (Numer postępowania: 31/2021).

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Na mocy art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – (t.j.: Dz. U. 2019 poz. 1129) **Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ:**

1) w rozdziale III pkt. 2 SWZ, w następujący sposób:

obecny zapis:

„Bank implantów Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć w terminie 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy – dot. Pakietu I i III.”

otrzymuje brzmienie:

„Bank implantów Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy – dot. Pakietu I i III.”

1) w §4 ust. 1 wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SWZ), w następujący sposób:

obecny zapis:

„Wykonawca zobowiązuje się do dostawy osprzętu stanowiącego wyposażenie banku implantów do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, w terminie 2 dni roboczych, od dnia zawarcia Umowy. Asortyment stanowiący wyposażenie banku implantów zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Protokół ten powinien zawierać nazwę i rodzaj asortymentu, cenę jednostkową brutto, ilość oraz ogólną wartość brutto depozytu.”

otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się do dostawy osprzętu stanowiącego wyposażenie banku implantów do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, w terminie 5 dni roboczych, od dnia zawarcia Umowy. Asortyment stanowiący wyposażenie banku implantów zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Protokół ten powinien zawierać nazwę i rodzaj asortymentu, cenę jednostkową brutto, ilość oraz ogólną wartość brutto depozytu.”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

W związku z zapytaniami do SWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytanie: (Dot. warunków umowy § 5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

2. Pytanie: (Dot. warunków umowy § 8 ust. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 5%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

3. Pytanie: (Dot. warunków umowy § 8 ust. 7) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wysokość kar umownych, naliczonych przez Zamawiającego, nie może przekroczyć 30% wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 2.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

4. Pytanie: (Dot. warunków umowy § 9) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się do niepodejmowania czynności prawnych mających na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego (a w szczególności przelewu wierzytelności, przekazu), bez jego zgody, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2021 poz. 711). Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

5. Pytanie: (Dot. warunków umowy § 11 ust. 2.1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wówczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto,”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

6. Pytanie: (Dot. zakresu nr II, poz. 12) Prosimy o dopuszczenie poszerzań do dróg żółciowych o śr. Fr. 6-4, 7-5, 8-5, 9-5, 10-5, 10-7, 12-7 (zamiast Fr. 6-4, 7-5, 8,5-5, 9-5, 10-5, 10-7, 12-7). Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie poszerzań do dróg żółciowych o śr. Fr. 6-4, 7-5, 8-5, 9-5, 10-5, 10-7, 12-7, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

7. Pytanie: (Dot. zakresu nr II, poz. 19) Prosimy o dopuszczenie szczotek cytologicznych do dróg żółciowych o śr. osłonki 2,7 mm (zamiast 2,6 mm). Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie szczotek cytologicznych do dróg żółciowych o śr. osłonki 2,7 mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

8. Pytanie: (Dot. zakresu nr II, poz. 26) Prosimy o dopuszczenie klipsownic hemostatycznych o kącie zagięcia końcówek ramion 135 stopni (zamiast 90 stopni). Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie klipsownic hemostatycznych o kącie zagięcia końcówek ramion 135 stopni, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

9. Pytanie: (Dot. zakresu nr III poz. 15) Czy Zamawiający w miejsce istniejących parametrów dopuści: Jednorazowe Trójstopniowe Poszerzała Balonowe; do poszerzania przelyku/ odźwiernika/ jelit/ brodawki Vatera pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie jednorazowych trójstopniowych poszerzań balonowych do poszerzania przelyku/ odźwiernika/ jelit/ brodawki Vatera, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

10. Pytanie: (Dot. zakresu nr III poz. 18) Czy Zamawiający w miejsce istniejących parametrów dopuści: Jednorazowe Trójstopniowe Poszerzała Balonowe; do poszerzania przelyku/ odźwiernika/ jelit/ brodawki Vatera, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie jednorazowych trójstopniowych poszerzań balonowych do poszerzania przelyku/ odźwiernika/ jelit/ brodawki Vatera, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

11. Pytanie: (Dot. zakresu nr III poz. 19) Czy Zamawiający w miejsce istniejących parametrów dopuści: Jednorazowe Trójstopniowe Poszerzała Balonowe; do poszerzania przelyku/ odźwiernika/ jelit/ brodawki Vatera, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie jednorazowych trójstopniowych poszerzań balonowych do poszerzania przelyku/ odźwiernika/ jelit/ brodawki Vatera, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

12. Pytanie: (Dot. zakresu nr III poz. 40) Czy zamawiający dopuści w miejsce istniejących parametrów cewnik o średnicy końcówki dystalnej 4,5 Fr, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie cewnika o średnicy końcówki dystalnej 4,5 Fr, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

13. Pytanie: (Dot. SWZ Rozdz. III pkt. 2, wzoru umowy § 4 ust. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na utworzenie banku implantów do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu na utworzenie banku implantów do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. W związku z powyższym w Rozdz. III pkt. 2 SWZ oraz §4 ust. 1 wzoru umowy dokonuje zmiany w tym zakresie – zgodnie z modyfikacją określoną powyżej.

*Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
/-/ mgr Konrad Łukaszewski*